

La seguente scheda identificativa del paziente deve essere compilata e fornita dall'ospedale a ogni paziente portatore di un sistema di stimolazione del LES EndoStim, all'atto della dimissione.

INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE *

* si prega di completare come consentito dalle normative locali

INIZIALI DEL PAZIENTE / ID : _____

INFORMAZIONI SUL CENTRO CHIRURGICO

OSPEDALE : _____

INDIRIZZO : _____

CITTÀ : _____ STATO/REGIONE : _____

CAP : _____ PAESE : _____

CHIRURGO NOME : _____

TELEFONO : _____ E-MAIL : _____

This person is implanted with an: [EndoStim LES Stimulation System – LES Stimulator and Stimulating Lead](#)

A questa persona è stato impiantato un: sistema di stimolazione del LES EndoStim – stimolatore del LES ed elettrodo di stimolazione

Nom del paziente: _____

Stimolatore SN: _____ Modello: _____ Gen: _____

Elettrodo SN: _____ Modello: _____

data di impianto : _____

Per domande mediche, contatti il Suo medico

Centro chirurgico: _____

Telefono: _____

In an emergency, placement of a magnet over the device for at least two (2) seconds terminates therapy delivery for 24-48 hours.



Please refer to www.endostim.com/mri for up-to-date information regarding MR Conditional labeling and instructions for this device.

The following treatments are contraindicated (not recommended) when implanted with the EndoStim LES Stimulation System:

- Medical Diathermy
- TENS Exposure in the Abdominal Region

EndoStim
www.endostim.com

Fabbricato da: EndoStim BV, Toernooiveld 300, NL-6525 EC Nijmegen

In caso di emergenza, il posizionamento di un magnete sul dispositivo per almeno due (2) secondi interrompe l'erogazione della terapia per 24-48 ore.

Fare riferimento a www.endostim.com/mri per informazioni aggiornate relative all'etichettatura sulla compatibilità RM condizionata e alle istruzioni per questo dispositivo.

Dopo l'impianto del sistema di stimolazione del LES EndoStim, i seguenti trattamenti sono controindicati (non raccomandati):

- Diatermia medica
- Esposizione TENS nella regione addominale

LB-6563-ITA Rev G